



## FICHA TÉCNICA

### ACRIORTHO ACRILICO LIQUIDIO AUTOCURABLE MMA MARCA ARIAS

#### SPECIFICACION

PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR	MÉTODO	REFERENCIA
ASPECTO	CCLMS	CCLMS*	F-008TAM	-----
COLOR	Unidades APHA	5 max.	F-004TAM	ASTM D-1209
HUMEDAD	ppm w/w	500 máx.	F-003TAM	ASTM D-1364
ACIDEZ	ppm w/w	30 máx.	F-002TAM	-----
PUREZA	% w/w	99.9 min.	F-005TAM	-----
PRESENCIA DE POLÍMERO	-----	Sin polímero	F-011TAM	-----

\*Claro, cristalino, libre de materia suspendida

**APROBÓ :** Ing. Alejandro Domínguez Martínez  
Control de Calidad

Productos Dentales Marmat, S.A. de C.V  
Viveros del Alamo 27 Col. Viveros de la Loma Tlalnepantla, Edo de México CP54080  
Tels. 5555534163 5552864892